

# 氯苯事业部主装置、切片排口固定源监测系统

## 维保单位公开采购要求

(1) 维保单位根据当地环保局认可的运行方案及国家环境保护部对该类系统的运行技术规范及相应的管理要求，对该系统进行定期的维护、标定、维修等工作，以确保系统的正常有效运行，并确保有足够的有效监测数据可以上传至相关环保部门以及索普新材料公司监控系统。

(2) 维保单位保证运营设备的正常运行。若系统仪器出现故障，需方应及时向当地环保部门报告故障并通知维保单位到场维修，维保单位在接到报修通知之时起 24 小时内到场进行修理。若设备损坏严重且无法当场修复的，维保单位应及时将该设备返厂进行维修直至系统恢复正常运转，必要时维保单位应提供相应的备用设备。维保单位的巡视或维修结果必须得到甲方的认可。

(3) 在线监控设备发生故障时，维修配件均由维保单位提供。监控设备包含：氯苯主装置及切片排口（温度、压力、流量、非甲烷总烃、氧含量检测设备、数据采集仪及数据传输物联卡）。

(4) 维保单位根据当地环保局的运行维护要求，保证系统稳定、正常运行，保证检测数据稳定上传，保证环保部门获取的监测数据完整率和数据准确率达到相应要求。

(5) 如需方因特殊原因需要调动设备位置，仅限厂区内移动，维保单位可协助完成接线和调试工作。

(6) 对自动监控系统设备的安全和正常运转负责，不得允许任何单位和个人变更、移动仪器，更改设备参数；

(7) 运维单位营业执照需有资质进行大气监控运维。运维人员须持有运维资质（须提供 3 名烟气烟尘自动监控运行证书，及其社保证明）。

(8) 维保合同签订期限为一年，合同到期后双方合作满意可续签合同。维保期间不允许将业务外包第三方单位。

(9) 报价人需提供近三年（2023 年 1 月 1 日至今）财务状况良好的证明材料；在经营活动中没有重大违法违规记录、无违约历史的声明或证明材料（均需加盖公章），报价人还需在“信用中国”（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）网站未被

列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以评审当时网站查询结果为准；

(10) 报价人必须合法注册，报价人须具有镇江市在线监控运维服务项目业绩，近一年内业绩至少 3 家（提供业绩表，合同复印件等）；

(11) 报价人必须踏勘现场，报价文件必须密封并加盖单位公章，否则无效。

金飞

12.16